

广州市白云区第二人民医院医疗集团关于 邀请参加医疗设备市场调研的函

各有关单位：

广州市白云区第二人民医院医疗集团内广州市白云区石门街社区卫生服务中心、广州市白云区白云湖街社区卫生服务中心、广州市白云区石井街社区卫生服务中心根据业务发展需要，近期计划采购以下医疗设备，现进行市场调研论证，欢迎符合条件的供应商报名推荐产品。

一、项目内容

(一) 广州市白云区石门街社区卫生服务中心需求表

需求单位	序号	采购名称	单位	数量	采购需求概况	备注
广州市白云区石门街社区卫生服务中心	1	电子耳镜	个	2	主要功能或目标:具有充电式功能，光导纤维照明，窥耳器孔径多规格，放大倍数为3倍。	
	2	骨密度仪 (便携式)	台	1	主要功能或目标:周围型骨密度仪(便携式)，可测量桡骨，胫骨部位骨密度值、T值、Z值，方便用于下乡义	

					诊。	
	3	液氮治疗	瓶	1	主要功能或目标:液氮储存瓶, 容积 35L, 窄口坚固。	
	4	雾化熏蒸仪 (眼部)	台	2	主要功能或目标:具备冷热雾化双模式、中药雾化功能。加热功率: 700VA。雾化率: ≥180ml/h。治疗时间: 5-60 分钟。连续工作时间: 在常温下采用交流电源供电时, 可连续工作 4 小时。	
	5	眼表综合分析仪	台	1	主要功能或目标:具备睑板腺分析、脂质层分析、眼表细胞染色、泪河高度测量、非接触式泪膜破裂时间、眼红分析、睑缘分析功能。	
	6	裂隙灯显微镜	台	1	主要功能或目标:能达到5档变倍, 具有高品质光学元件, 满足临床精细、高效的眼科检查。需提供摄像设备、显	

					示屏。	
	7	双目视力仪	台	1	主要功能或目标:要求双目同时测量,可测球镜度、柱镜度、轴位角、瞳孔大小、瞳距、固视方向、记录光的反射,近视、远视、散光、斜视、屈光参差等。手持式,重量轻,可更换充电电池,可输出检测报告。	
	8	听力仪	台	1	主要功能或目标:机身小,携带方便。气导纯音测试,范围广。提供的信号方式为连续音、脉冲音、啞音、转音/脉冲音。对耳的噪音掩蔽(窄带噪音)左右独立声道。	
	9	盆底治疗仪	台	1	主要功能或目标:为评估和治疗的一体机。电评估报告具备 14 项盆底肌电评估指标,同时清晰显示盆底肌电	

					图与腹肌肌电图，具有详细的报告解读说明。具备神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、穴位电刺激、经皮神经电刺激、多媒体生物反馈、kegel 模板训练，刺激反馈模式。	
	10	黄疸仪	台	1	主要功能或目标:测量准确，检测快捷安全，直接读数，小巧美观易握持读取方便，液晶显示，有 2 种以上读数单位(微摩尔/升与毫克/分升互换)，不背光。	
	11	骨密度	台	1	主要功能或目标:探头检测角度自动修正调节功能，具有网络连接功能，终身免费升级，可为成人，儿童、孕妇提供服检测。检测桡骨，胫骨多个部位，可多种语言选择，便携式可带下乡。	

	12	钾钠仪	台	1	主要功能或目标:能检测钾、钠、氯离子浓度。	
--	----	-----	---	---	-----------------------	--

(二) 广州市白云区白云湖街社区卫生服务中心需求表

需求单位	序号	采购名称	单位	数量	采购需求概况	备注
广州市白云区白云湖街社区卫生服务中心	1	深层肌肉刺激仪 DMS	台	1	主要功能或目标：可用于各种骨肌疾病所导致的肌肉疼痛。通过机械振动作用于深部肌肉组织。可按扳机点、肌肉筋膜和运动系统进行分类选择不同的适用治疗头。整机无档位调节，每分钟最高振动次数 ≥ 3600 次/min。	
	2	多关节治疗训练床（可升级）	台	1	主要功能或目标：具有九段位，能全电动可升降调节。	
	3	中药熏蒸机	台	1	主要功能或目标：具有双头喷头，市场成熟品牌，售后服务有保障。	

	4	超声骨密度仪	台	1	主要功能或目标：便携式，市场成熟品牌，售后服务有保障。	
	5	盆底康复治疗仪	台	1	主要功能或目标：具有双头操作，可选择单人、双人治疗模式。双人模式可供不同治疗模块选择。与中心现有盆底肌可共用耗材，能交替使用。	
	6	心电图机	台	1	主要功能或目标：具有 ≥ 7 英寸触摸液晶屏，有外部输入端口，可链接电脑存输数据。可储存不少于 800 例以上病例。标准 12 导联心电图机，可自动采集、记录、储存、传输。热敏打印，心电图纸可通用。	
	7	肛肠治疗仪	台	1	主要功能或目标：检查治疗一体，市场成熟品牌，售后服务有保障。	

(三) 广州市白云区石井街社区卫生服务中心需求表

需求单位	序号	采购名称	单位	数量	采购需求概况	备注
广州市白云区石井街社区卫生服务中心	1	彩超	台	1	主要功能或目标：配置腹部、浅表、阴超探头，要满足妇科临床诊疗需求。	
	2	牙椅	张	1	主要功能或目标：满足单位开展六龄齿窝沟封闭，口腔科日常诊疗需求。	
	3	吸痰器	台	1	主要功能或目标：通过将吸管插入口腔、鼻腔、人工气道等，使用负压，吸出呼吸道的分泌物，从而使呼吸道保持通畅，进而预防某些疾病以及并发症的发生，比如吸入性肺炎、肺不张、窒息等。	
	4	注射器泵	台	1	主要功能或目标：与特定输液器具配套，用于动、静脉长时间恒定给药速度和精确	

					给药量输液。	
	5	LEEP 刀(超 高频电波 刀)	台	1	主要功能或目标：能对尖锐湿疣、宫颈糜烂、外阴赘生物等进行手术治疗。	

(四) 公示时间：2023 年 4 月 23 日

(四) 报名截止时间：2023 年 4 月 28 日

(五) 报名资料递交地点：按单位分别递交至广州市白云区石门街社区卫生服务中心设备科、广州市白云区白云湖街社区卫生服务中心设备科、广州市白云区石井街社区卫生服务中心设备科。

三、报名资料清单及要求

(一) 设备购置市场调研表（详见附件 1）

(二) 产品配置清单、产品性能技术资料（盖公章）、售后服务承诺书。

(三) 同型号设备的用户名单

(四) 产品注册证

(五) 经销公司业务员授权书

(六) 厂家三证及经销公司三证

(七) 销售记录提供中标通知书、合同、销售发票复印件等资料（其他公司销售的亦可）。设备如有配套耗材，应将耗材列清单并报价，提供发票复印件（三家以上）。

(八) 产品彩页

(九) 技术参数 (详见附件 2)

附件: 1.设备购置市场调研表

2.设备性能技术参数 (模板)

广州市白云区第二人民医院医疗集团 (代章)

2023 年 4 月 23 日

(联系人及联系电话: 白云区石门街社区卫生服务中心杨雄, 电话: 020-36384236-8047; 白云区白云湖街社区卫生服务中心潘慈莹, 电话: 020-36006029; 白云区石井街社区卫生服务中心刘惠贞, 电话: 020-31210950)

附件 1

设备购置市场调研表

设备名称			
品牌		型号	
生产商		企业规模	大型/中型/小型
供应商		企业规模	大型/中型/小型
联系电话			
营业执照	有 ☐ 无 ☐	医疗器械注册证号	
医疗器械经营许可证	有 ☐ 无 ☐	授权书	有 ☐ 无 ☐
是否专用耗材：是 ☐ 否 ☐		耗材 1：	报价：
销售记录：有 ☐ 无 ☐ 其他医院成交记录： (数量较多请另附清单)		医院名称： 成交日期： 其他说明：	成交价格： 成交数量：
市场报价			
拟供货价格			
设备质保保用期（年）： （如分开质保，请注明主机、配件）			
配置清单（可另附详细配置清单）			
其他说明			
供应商名称：（单位公章） 签名确认： 年 月 日			

附件 2

设备性能技术参数（模板）

一、用途和功能描述：

（一）

（二）

（三）

二、配置描述：

（一）

（二）

（三）

三、主要技术参数描述（能体现产品档次和先进性）：

（一）

（二）

（三）

四、售后服务及其他：

（一）

（二）

（三）