

广州市白云区妇幼保健院医疗集团关于 邀请参加医疗设备市场调研的函

各有关单位：

广州市白云区妇幼保健院医疗集团内广州市白云区妇幼保健院、广州市白云区新市街社区卫生服务中心、广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心根据业务发展需要，近期计划采购以下医疗设备，现进行市场调研论证，欢迎符合条件的供应商报名推荐产品。

一、项目内容

（一）广州市白云区妇幼保健院需求表

需求单位	序号	采购名称	单位	数量	采购需求概况	备注
广州市白云区妇幼保健院	子包 1	子午流注治疗仪	台	1	具有子午流注开穴功能，子午流注、灵龟八法开穴 ≥ 4 种查询功能，十四经、经外奇穴位具有 ≥ 4 项查询。	
		空氧混合仪	台	2	用于调整氧浓度做到合理给氧。	
		医用空气压缩机	台	2	辅助空氧混合仪使用。	
	子包 2	电子阴道镜	台	1	要求镜头高清能观察更细微的病变，更准确知道活检及	

					手术，检查过程中存储清晰病例图片及录像视频。	
	子包 3	笑气镇痛镇静系统	台	1	用于牙科患者吸入性麻醉，要求安全有效。	
	子包 4	麻醉机（普通型）	台	1	配备利电子备用电池；有多功能服用接口、支持网络 and 软件在线升级功能；呼吸回路有加温功能，保证回路不收积水影响；吸入和呼出端均有流量传感器；机械通气过程中，无需关停机械通气，方便直接更换钠石灰罐；有氧气、空气双气源，潮气量设置 20ml-1500ml，稀奇压力设置范围 5-80cmH2O；有主动废气排出系统；配备七氟醚蒸发罐。	
	子包 5	中药熏蒸仪	台	1	配合药液适用于人体局部熏蒸治疗，熏蒸部位超过 45℃ 机器持续报警，超过 50℃ 机器断电。	
	子包 6	动态心电图仪(12 导联)	台	2	用于连续测量、采集 24 小时内患者心电信号。	

		动态血压监测仪	台	4	用来监测动态，连续血压，可以实时、准确记录血压值。	
	子包 7	鼻镜	台	6	70 度广角，4*175mm。	
		南北电子头灯	台	3	可做简单前鼻镜检查、间接喉镜检查、电耳镜检查以及耳鼻喉各项治疗手术操作照明等。	
	子包 8	3MP 医用显示屏	台	3	满足 3D、4D 影像的显示需要。	
	子包 9	染色体全自动阅片系统	台	1	细胞诊断辅助设备，要求自动识别度高，AI 自动排序准确，质量稳定，安全性能好。	
	子包 10	台式胎心多普勒	台	2	适用于产科胎心监测。	
		救护担架车	台	1	需灵活，高度可自行调节，两边护栏可调节，车身配置自行刹车和输液架。	
		电动吸引器	台	1	高负压、高流量。	

	子包 11	排痰机	台	1	适用于儿童排痰治疗，配套不同型号大小的排痰衣和胸带，一套连接管道。	
		婴儿培养箱	台	5	机器开机后能自我检测，温控模式有箱温和婴儿皮肤温度控制模式，可分屏显示箱温、肤温、湿度、计时、加热功率百分比信息。带有双面蓝光，箱体自带氧气输入接口。	
		多功能心电图监护仪	台	5	实时监测患者心率、呼吸、血氧饱和度等生命体征，可设置报警范围。适用于新生儿使用。	
	子包 12	盆底磁刺激仪	台	1	利用时变的脉冲磁场作用于神经及肌肉组织，临床应用为可预防女性盆底障碍性疾病的发生、改善及治愈，具备非侵入性、无创无痛、患者体验感好无副作用等优点。	

	子包 13	耳声发射和自动脑干听力筛查仪	台	1	可用于 OAE 检测,检测时可显示相位统计波形、测试进度及噪音情况,设备可通过工作站软件进行编辑,数据可生成 excel 进行保存。	
		裂隙灯显微镜	台	1	用于检查眼睛各病变部位(包括角膜、晶体、虹膜、房角等),主要由光学系统、裂隙灯投射系统、电源系统及数据采集系统组成,数码裂隙灯桌面要求高低可调节。	
		手持式声场听力计	台	1	开展儿童保健诊疗工作常用设备。	

(二) 广州市白云区新市街社区卫生服务中心需求表

需求单位	序号	采购名称	单位	数量	采购需求概况	备注
广州市白云区新市街社区卫生服务中心	1	耳鼻喉科治疗台	套	1	集鼻内窥镜、耳内窥镜、耳显微镜、显像系统、负压正压系统等于一体,用于耳鼻咽喉疾病的诊断与治疗。	
	2	全自动治疗椅(电动)	台	1	五官科病人治疗时使用,座椅可旋转、坐垫升降范围、靠背俯仰角度可调节。	

	3	耳鼻喉科工作椅	台	1	五官科医生诊疗时使用，座椅可旋转、坐垫升降范围可调节。	
	4	医用电耳镜	台	1	五官科医生诊疗时使用，配有不同直径替换耳套，白光大视窗。	
	5	医用电鼻镜	套	1	五官科医生诊疗时使用，配有不同直径替换鼻套。	
	6	医用五官科额头镜	台	1	五官科医生诊疗时使用，可聚光任意调节。	
	7	耳鼻喉内窥镜检查系统	套	1	集主机、彩显、高清晰摄像机、专用仪器车、LED冷光源于一体，配备有不同角度鼻镜及耳镜。	
	8	鼻窥器	套	30	成人款（15.5*2.7cm）、儿童款（15.0*2.4cm）。	
	9	间接喉镜	套	30	成人款（直径18mm）、儿童款（直径14mm）。	
	10	异物镊（有钩）	套	3	钳取鼻腔异物用，12cm。	
	11	异物镊（无钩）	套	3	钳取鼻腔异物用，12cm。	
	12	枪状镊 16cm	套	3	钳取耳道异物用。	

	13	枪状镊 20cm	套	3	钳取耳道异物用。	
	14	鱼骨钳 20cm	套	3	钳取咽喉异物用。	
	15	鱼骨钳 22cm	套	3	钳取咽喉异物用。	
	16	儿童取耵钩	套	3	取耳道耵聍用。	
	17	成人取耵钩	套	3	取耳道耵聍用。	
	18	成人纯音测 听仪	台	1	可应用于儿童及成人的听力 检测筛查,测试结果可储存, 可连接电脑及打印机,分析 及打印听力图。	
	19	声阻抗中耳 分析仪	台	1	可应用于婴幼儿、儿童及成 人的中耳功能筛查,测试结 果可储存,可连接电脑及打 印机,分析及打印曲线图。	

(三) 广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心需求表

需求单位	序号	采购名称	单 位	数 量	采购需求概况	备注
------	----	------	--------	--------	--------	----

广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心	1	DR	台	1	双立柱，双大板，球管功率50左右，热容300左右。IP板不要用差的贴牌，球管性能最好，自产的或者贴牌要保证质量。	
	2	多普勒胎心仪	台	1	上门随访使用，监查胎儿胎动是否异常，根据胎心状况，做出相应的处理。	
	3	视力灯箱	台	2	测量距离2.5米，用于门诊、下乡体检时视力测量。	
	4	高频振动排痰系统	台	1	高频振动排痰系统是一种辅助呼吸治疗设备，可帮助呼吸困难患者排除呼吸道中的痰液。它通过产生高频振动，刺激患者的胸部和肺部，使痰液松动并从呼吸道中排出。	
	5	诊疗床	张	6	用于诊断、治疗、护理等用途，满足不同的临床需求(要求三张带孔三张不带孔)。	
	6	床头柜(塑料)	个	1	用于安全存放和保管医疗用品药物。	
	7	吸痰机	台	2	用于急救时有效帮助清除气道痰液，变应性鼻炎洗鼻清除鼻涕。	

	8	心电图机	台	1	用于反应心脏电活动和检查心脏多种疾病。	
	9	心电监护仪	个	1	用于反应心脏电活动和检查心脏多种疾病。	
	10	鹅颈灯	个	1	用于妇科治疗、妇检时等帮助看得更清晰。	
	11	治疗推车	台	5	用于中医、妇科、护理等医护人员日常工作的使用（需要带有抽屉）。	
	12	手术无影灯（移动式）	个	1	用于减少手术误差，不散热，对眼睛无害（移动式）。	
	13	移动输液架	个	2	用于提高输液效率、提高安全性、减少医护人员劳动强度。	
	14	智能身高体重测量仪	个	1	安全有效，自助完成身高体重的测量。	
	15	妇检床	台	1	为各种妇科检查、治疗等提供一定的便利。	
	16	免绑臂筒式血压计	台	1	安全有效，自助完成血压的测量。	
	17	牙科综合治疗台	套	1	口腔科开展治疗的必备，用于开展牙体缺损修复，根管治疗，拔牙，备牙等操作的必须设备(配手术无影灯、内	

					置光固化机 1 套、洁牙机 1 套、高速手机 2 支、低速气动马达 1 套、热牙胶充填机 1 台)。	
	18	牙椅	套	1	口腔科开展治疗的必备，用于开展牙体缺损修复，根管治疗，拔牙，备牙等操作的必须设备(配内置光固化机 1 套、洁牙机 1 套、高速手机 2 支、低速气动马达 1 套、热牙胶充填机 1 台)。	
	19	灭菌器	套	1	用于消毒器械防止造成医源性感染(配打包机 1 台、超声波清洗机 1 台、石膏打磨机 1 台、石膏震荡机 1 台。	
	20	牙髓活力测试仪	台	2	用于诊断牙髓疾病，确定牙髓状态。	
	21	空气消毒机	台	2	控制口腔操作过程中产生的气溶胶，减少感染风险。	
	22	手机注油机	台	1	维护高速手机轴承提高设备使用寿命。	
	23	根管治疗机	台	2	用于机械性清理牙齿根管内的病变组织，是根管治疗的必要设备。	

	24	根管测量仪	台	2	用于确定根管治疗中的根管长度，是根管治疗的必要设备。	
	25	牙片机	台	1	用于口腔牙片拍摄，牙体牙髓疾病诊断的必要设备。	
	26	磷光扫描仪	台	1	读取口腔牙片，用于记录存储疾病资料。	
	27	空气压缩机	台	1	提供气压用于牙椅手机使用，是口腔操作的必要设备（配空气过滤器及水过滤器）。	
	28	中央负压机	台	1	提供负压用于吸取口腔内唾液及降温水，提供术野。	
	29	污水处理系统	台	1	用于处理口腔医疗产生的废水。	

（四）公示时间：2023 年 8 月 4 日

（五）报名截止时间：2023 年 8 月 10 日

（六）报名资料递交地点：按单位分别递交至广州市白云区妇幼保健院设备科（机场路院区）、广州市白云区新市街社区卫生服务中心总务科、广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心护理部。

三、报名资料清单及要求

（一）设备购置市场调研表（详见附件 1）。

（二）产品配置清单、产品性能技术资料（盖公章）、售后

服务承诺书。

（三）同型号设备的用户名单。

（四）产品注册证。

（五）经销公司业务员授权书。

（六）厂家三证及经销公司三证。

（七）销售记录提供中标通知书、合同、销售发票复印件等资料（其他公司销售的亦可）。设备如有配套耗材，应将耗材列清单并报价，提供发票复印件（三家以上）。

（八）产品彩页、技术参数（详见附件2）。

（九）提交以上文件正本一份、副本十四份（正、副本需分别密封）。

附件：1.设备购置市场调研表

2.设备性能技术参数（模板）

广州市白云区妇幼保健院医疗集团（代章）

2023年8月4日

（联系人及联系电话：白云区妇幼保健院黄芳，电话：020-86495581；白云区新市街社区卫生服务中心陶靖羽，电话：020-36204556；白云区嘉禾街社区卫生服务中心黎志霞，13725101597。）

附件 1

设备购置市场调研表

设备名称			
品牌		型号	
生产商		企业规模	大型/中型/小型
供应商		企业规模	大型/中型/小型
联系电话			
营业执照	有 ☐ 无 ☐	医疗器械注册证号	
医疗器械经营许可证	有 ☐ 无 ☐	授权书	有 ☐ 无 ☐
是否专用耗材：是 ☐ 否 ☐		耗材 1：	报价：
销售记录：有 ☐ 无 ☐ 其他医院成交记录： (数量较多请另附清单)		医院名称： 成交日期： 其他说明：	成交价格： 成交数量：
市场报价			
拟供货价格			
设备质保保用期（年）： (如分开质保，请注明主机、配件)			
配置清单（可另附详细配置清单）			
其他说明			
供应商名称：（单位公章） 签名确认： 年 月 日			

附件 2

设备性能技术参数（模板）

一、用途和功能描述：

（一）

（二）

（三）

二、配置描述：

（一）

（二）

（三）

三、主要技术参数描述（能体现产品档次和先进性）：

（一）

（二）

（三）

四、售后服务及其他：

（一）

（二）

（三）