

广州市白云区第三人民医院

广州市白云区第三人民医院 关于邀请参加医疗设备市场调研的函

各有关单位：

广州市白云区第三人民医院根据业务发展需要，近期计划采购如下医疗设备，现进行市场调研论证，欢迎符合条件的供应商报名推荐产品。

一、项目内容

（一）、广州市白云区第三人民医院需求表

序号	采购名称	单位	数量	采购需求概况	备注
1	全自动血气分析仪	台	1	床旁快速检测血气，可测量参数》17项，能同时检测 pH、PO ₂ 、PCO ₂ 、Na ⁺ 、K ⁺ 、Ca ⁺ 、Cl ⁻ 、Glu、Lac、SO ₂ 、tHb、methHB、HHb、O ₂ Hb、COHB/tBil、HbF 等。（配置部分使用耗材）	
2	连续性血液净化设备（CRRT 机）	台	1	用于急性肾功能衰竭治疗、充血性心力衰竭、人工肝等急危重疾病的抢救和治疗。流量泵和肝素泵要求：（1）动力泵装置：标配 7 个泵；（2）枸橼酸泵和钙泵必须与机器实现一体化联动。	
3	便携式全数字彩色超声诊断系统（便携式超声机）	台	1	主要用于引导深静脉穿刺、胸水、心包积液穿刺引流等，至少配备三个探头：凸阵探头、相控阵探头、线阵探头、穿刺架。	
4	高端妇产四维特色全身应用彩超	台	1	满足妇产科、腹部器官、胎儿心脏、新生儿及成人心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影、浅表组织与小器官、颈部及四肢血管、弹性应变成像及科研的高端四维彩色多普勒超声诊断仪，对于产科、妇科疑难病例能够协助做出超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。提供最高型号和最新版本	

				机器，配图文工作站。显示器 ≥ 23 英寸，可全方位关节臂旋转；液晶触摸屏 ≥ 12.1 英寸，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作，通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 至少配备探头六把：腹部容积探头一把、腔内容积探头一把、腹部探头一把、心脏探头一把、血管高频探头一把、小器官超高频探头一把。	
5	全数字化高端心血管彩色多普勒超声诊断仪	台	1	需满足应用于心脏、颈部及四肢血管、骨骼肌肉、腹部脏器、妇产科、浅表组织与小器官、弹性成像等方面的超声诊断。最高型号和最新版本机器，配图文工作站，显示器全屏高清放大功能。提供最高型号和最新版本机器，配图文工作站。显示器全屏高清放大功能，显示区域尺寸 ≥ 21 英寸，12 英寸触摸屏可转换为显示器显示图像；具备组织多普勒，解剖 M 型，心脏左室定量，血管内中膜定量，脑卒中疾病诊断软件，造影成像技术及感兴趣区定量技术；实时软组织弹性成像技术。 至少配备探头四把：心脏探头（1.0-5.0MHz），腹部探头（1.0-5.0MHz），小器官肌骨（4.0-18.0MHz），颈部及四肢血管线阵探头（3.0-12.0MHz）一把。	
6	骨密度仪	台	2	配套，符合型号 KY-5100 妇产科营养分析仪以及符合型号 KY-5000 儿科营养分析仪使用。	
7	转运车床	台	1	转运病人使用，按接送手术车床配置。	
8	自动多重荧光检测系统	台	1	用于白带化验。	
9	基因杂交信号扩大仪（HPV）	台	1	妇产科开展项目用，快速便捷准确。	
10	B 群链球菌培养分析系统	台	1	妇产科开展项目用，快速便捷准确。	
11	干式荧光免疫分析仪	台	1	白带化验检查所用，快速便捷准确。	

12	宫腔镜（检查镜）	台	3	临床使用需要，清晰观察。	
13	抢救车	台	1	用于病人的抢救，减轻医护人员的负担，改变医疗设备的运送问题，方便运送医疗器械及药品，提高整个医护人员的工作效率。由抢救板，仪器托架，氧气瓶支架，输液杆，抽屉，收纳盒，药格，污物桶，脚轮等组成。	
14	妇科检查床	张	10	临床操作，检查，治疗使用，不能太简易。	
15	空气消毒机（挂式）	台	7	设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。	
16	产科分娩检查系统	台	1	要求能准确测量胎头及妇骨各径线，分辨胎位，有清晰的三四围彩色超声检测功能，能够动态观察胎显露变化和下降情况。	
17	化学发光仪	台	1	配套，检测甲功，肿瘤，性激素，唐氏筛查、孕期激素等项目，能满足临床检验项目多样性、检测速速、检测精准度等。	
18	血球计数仪	台	1	可做血常规和网织球功能。	
19	凝血仪	台	1	须有D二聚体检测功能，能满足临床检验项目多样性、检测速速、检测精准度等。	
20	根管预备机	台	1	配套使用。	
21	根管振荡洗器	台	1	配套使用。	
22	牙胶充填仪	台	1	配套使用。	
23	光固化机	台	1	配套使用。	
24	根尖定位仪	台	1	配套使用。	
25	根管预备机	台	1	配套使用。	

26	B 超机	台	1	能完成泌尿外科术中穿刺、活检超声定位等相关检查，有便携彩超及图文工作站，安置、移动方便，占用空间尽量少。	
27	血透机（单泵）	台	9	满足血液净化中心病人需求使用。	
28	血透机（双泵）	台	4	满足血液净化中心病人需求使用。	
29	麻醉机	台	2	该产品用于手术中给病人实施麻醉，通过机械回路将麻醉药送入患者的体内，对中枢神经系统直接发生抑制作用，从而产生全身麻醉的效果，以便于医生更好的进行手术治疗并对患者提供呼吸支持，保证病人手术安全。	
30	肢体气压治疗仪	台	2	用于防控普外科患者围手术期下肢深静脉血栓形成、肺栓塞发生风险，配合基础护理。能起到预防深静脉血栓发生的作用；对局部的肌肉起到按摩、刺激的作用，有一定的防止肌肉萎缩的作用；起到一定的抗休克作用。配置要求：主机 2 台；气压套 2 个。	
31	心电监护仪	台	3	用于患者围手术期及危重患者临床心电监测，实时了解患者心电监测数据，满足患者精准临床管理。配置要求：主机、基本心电监测模块。配置要求：主机、基本心电监测模块。	
32	静脉输液泵（非推注泵）	台	1	为手术期使用静脉泵精准控制补液量及速度，避免产生补液相关并发症。配置要求：主机 2 台 电源线 2 根	
33	便携式彩色多普勒超声诊断系统	台	1	甲状腺微波消融手术，乳腺肿物旋切手术，PICC 植管，含床旁侵入操作彩超引导，彩超定位。	
34	乳腺旋切系统	台	1	乳腺肿瘤的微创治疗。	
35	微波消融系统	台	1	热作用下破坏肿瘤，从而使肿瘤坏死，两路微波输出，可以同时使用两把微波刀进行手术。	
36	射频等离子体手术系统	台	1	用于椎间盘隧道消融术、纤维环成形术、神经痛等离子射频消融神经损毁术、包容型椎间盘突出等离子射频消融术、盘内高压型椎间盘突出症等离子射频盘内减压术。	
37	PRP 专用离心机	台	1	用于缓解患者关节慢性疼痛，加速慢性伤口愈合。	

38	白内障超声乳化仪	台	1	用于白内障移除术，包含超声乳化，灌注抽吸，前部玻璃体切除和电凝四个功能。显示系统，中文和英文等多种语言；彩色液晶直观触摸屏。具有横向超声，同时联合横向和纵向的超声乳化技术，三维超声碎核技术通过超乳针头椭圆形运动。 3、冷超声，能量输出和间隔时间均可精确到1ms，减少了超乳热量产生，从而消除了能量对眼组织的热损伤，术后角膜透明清澈。 4、液流系统：蠕动泵，一次性管道和可重复使用管道均能使用；最大负压650mmHg，可选择面板或线性；最大流速为60cc/分钟，可选择面板或线性。 5、前部玻璃体切除：最高切速需要≥ 1180次每分钟，可选多种玻切头进行手术，可设置灌注抽吸切割和灌注切割抽吸。 6、至少配备：主机1个，脚踏1个，超乳手柄2个，超乳针头18个，灌注套和测试腔30个，注吸手柄2个，扳手2个，气动玻切头6个，电凝笔1个，电凝线1个，可重复消毒积液盒30个，推车1辆。	
39	金属探测门+放射科显示器	套	1	满足影像集体阅片、会诊需要，含与SIGNA MR355型号核磁共振磁场匹配的金属探测门、显示器偏向于MR影像影视、2个显示器≥ 4兆、2个显示器≥ 6兆、1个显示器≥ 86寸。	
40	胰岛素泵	台	7	用于糖尿病或者的强化降糖治疗。	
41	医用冰箱	台	1	温度符合疫苗存放要求，容量要500L以上的双门冰箱，确保放置有充足的空间。	
42	便携式B超	台	1	便携，至少配置宽频带线按钮、宽频带凸阵探头（血管探头），用于提高外周神经阻滞及动静脉穿刺的成功率，减少反复操作导致的损伤。	
43	多功能激光光电平台（红蓝光）	台	1	达到的功能目的：用于治疗轻、中、重度痤疮，消除痤疮炎症。配合光敏剂用于光动力治疗。美白嫩肤，配合基础护理。配置要求：主机1台、弯臂（含连接线）1个、治疗模块1个、开关钥匙2把、电源线1根	

公示时间：2023 年 6 月 9 日

(二)、报名截止时间：2022 年 6 月 15 日

(三)、报名资料递交地点：递交至广州市白云区第三人民医院设备科

二、报名资料清单及要求：（资料盖公章）

(一) 设备购置市场调研表（详见附件 1）

(二) 产品配置清单、产品性能技术资料、售后服务承诺书（一项设备一份清单）

(三) 同型号设备的用户名单

(四) 产品注册证

(五) 经销公司业务员授权书

(六) 厂家三证及经销公司三证

(七) 销售记录提供中标通知书、合同、销售发票复印件等资料（其他公司销售的亦可）

(八) 设备如有配套耗材，应将耗材列清单并报价，提供发票复印件（三家以上）

(九) 设备如有易损件，应将易损件列清单并报价

(十) 产品彩页

(十一) 设备参数电子；

(十二) 技术参数（详见附件 2）

附件：1. 设备购置市场调研表

2. 设备性能技术参数（模板）



（联系人：何海伦，联系电话：020-87480331）

附件 1

设备购置市场调研表

设备名称				国产： ☐	进口： ☐
品牌		型号		免保修期	
生产商			企业规模	大型 ☐ 中型 ☐ 小型 ☐	
供应商			企业规模	大型 ☐ 中型 ☐ 小型 ☐	
产地			联系人及电话		
营业执照	有 ☐ 无 ☐		医疗器械注册证号		
医疗器械经营许可证：有 ☐ 无 ☐			授权书：		
是否专用耗材：是 ☐ 否 ☐			耗材 1：	报价：	
是否有易损件：是 ☐ 否 ☐			易损件 1：	报价：	
是否要办证：有 ☐ 否 ☐		软件工作站：有 ☐ 否 ☐		是否有配件：有 ☐ 否 ☐	
销售记录：有 ☐ 无 ☐ (数量较多请另附清单，需提供合同复印件)			医院名称： 成交日期： 其他说明：	成交价格： 成交数量：	
市场报价					
拟供货价格					
设备质保保用期（年）： (如分开质保，请注明主机、配件)					
配置清单（可另附详细配置清单）					
其他说明					
供应商名称：（单位公章） 签名确认： 年 月 日					

附件 2

设备性能技术参数（模板）

一、用途和功能描述：

（一）

（二）

（三）

二、配置描述（含附带配件、软件描述）：

（一）

（二）

（三）

三、主要技术参数描述（能体现产品档次和先进性）：

（一）

（二）

（三）

四、售后服务及其他：（含保修期、响应时间）

（一）

（二）

（三）