

广州市白云区第二人民医院医疗集团 关于邀请参加医疗设备市场调研的函

各有关单位:

广州市白云区第二人民医院医疗集团内广州市白云区第二人民医院、广州市白云区石井街社区卫生服务中心、广州市白云区石门街社区卫生服务中心根据业务发展需要,近期计划采购以下医疗设备,现进行市场调研论证,欢迎符合条件的供应商报名推荐产品。

一、项目内容

(一) 广州市白云区第二人民医院需求表

需求单位	序号	采购名称	单位	数量	采购需求概况	备注
广州市白云区第二人民医院	1	内镜清洗消毒机	台	2	旋转式进水喷淋装置,可以全方位对内镜外表面冲洗。 2. 采用三通道清洗消毒,全程灌流、灌气,清洗消毒无死角。 3. 具备清洗、漂洗、消毒、自身消毒等功能。 4. 具备测漏、水过滤、干燥、数据打印等功能。 5. 整机的工作流程、步骤转换及工作时间均在液晶显示屏上显示,方便操作人员观察,设备操作界面为6~8英寸彩色电容触摸屏,设备内置>9种操作模式,包括常规洗消、早消毒、晚消毒、阳性病人消毒等。 6. 外接超级过滤器 $\leq 0.2\mu\text{m}$,并提供无窗水水过滤检测报告。 7. 具备红外感应、脚触开门、快捷按键开关门三种开门方式。	

					8. 开放式消毒液，具备消毒液使用次数记录功。	
2	高清电子胃镜	台	1	一、医用内窥镜图像处理器 1. 全高清内镜图像输出，像素分辨率可高达 1920x1080P; 2. 具有特殊光染色功能; 3. 具有自动调光功能; 4. 具有结构强化功能，可突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造; 5. 具有轮廓强化功能，可突出显示病变组织范围及轮廓; 6. 具有白平衡功能，能使图像的色彩更接近实际; 7. 具有数字放大功能，数字放大功能可将内镜图像进行 1.2 倍、1.5 倍、2 倍三档放大。 二、内窥镜 LED 光源 1. 灯珠使用寿命约 30000h; 2. 调光模式: 自动调光、手动调光。 三、电子上消化道内窥镜 1. 景深 2-100mm; 2. 弯曲角度上$\geq 210^{\circ}$、下$\geq 90^{\circ}$、左$\geq 100^{\circ}$、右$\geq 100^{\circ}$; 3. 插入管外径 9.2~10.2mm; 4. 钳道内径 2.8~3.2mm; 5. 内镜手柄按键: : 操作手柄具有快捷按键，可自定义内镜功能按键。		
3	口腔综合治疗机	台	4	1. 器械盘: 三条四孔手机管与三用枪(冷水): 器械盘长 46~55cm 宽 30~35cm, 可旋转$\geq 165^{\circ}$ 移动盘面不倾斜可承载$\geq 3.5\text{KG}$, 五孔大挂架可移动$\geq 120^{\circ}$。 2. 自动恒温给水三用枪漱口系统: AC24V80W; 容积: 200ml; 水温: $45^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$; 自动恒温给水三用枪漱口水温 $35^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$; 可设置冲痰盂时间。 3. 净水瓶系统: 独立净水瓶容积$\geq 1000\text{ml}$, 水压$\geq 0.1\text{Mpa}$, 可灵活选择自来水或纯净水, 提供给器械盘的手机与三用		

				枪,满足停水和管路消毒需要。 4. 强弱吸唾器: 强吸: 输入气压 0.4Mpa, 真空度 $\geq 10\text{Kpa}$, 抽水速率 $\geq 1000\text{ml/min}$; 弱吸: 输入气压 0.2Mpa, 真空度 $\geq 27\text{Kpa}$. 抽水速率 $\geq 400\text{ml/min}$. 5. 外置强弱吸过滤杯: 外置插拔式过滤杯, 内有高效过滤网, 清洁卫生简单方便取出清洁。 6. 控制系统: DC24V 安全直流电压三位控制面板, 主副脚控操作系统。 7. 平衡臂: 双向气锁装置, 可承载力为 0-15kg, 上下垂直移动 50cm。 8. 多功能脚踏控制器: 组合式带脚控, 控制前仰后俯、升降、冲盂、漱口、水汽系统、器械转速、高速手机、低速手机、单喷气/无水操作。 9. 双节灯臂: 可调力度为 0.5kg-2.5kg 灯臂, 合适使用, 操作灵活, 上下垂直移动 70cm。 10. 低压安全 LED 观片灯: 具备背光源发光技术, 表面温度小于 40°C。 11. 冷光双调色 led 感应灯: 双色冷光 LED 感应灯, 输电压 AC12-24V, 功率 20W, 光照度为 8000-20000Lux, 寿命 $\geq 50000\text{Hrs}$。 12. 高温陶瓷可旋转一体痰盂: 痰盂盆, 冲盂, 漱口, 出水口分体, 便于日常清洁打理。 13. 低压静音直流电机: 上电机输入电压 DC24V, 6.0Amp, 推力 3500N, 功率 75W; 下电机输入电压 DC24V, 5.5Amp, 推力 6000N, 功率 75W。 14. PU 皮坐垫, 表面采用无缝设计, 便于清洁。 15. 头枕架: 两节式, 320 度转动豪华头枕架, 头架伸缩范围 0-190mm。 16. 治疗椅: 椅架可调节, 400 ~
--	--	--	--	---

				780mm; 承载 $\geq 135\text{KG}$; 综合治疗机总长宽 $\geq 180\text{cm} \times 88\text{cm}$ 。 17. 单扶手: 一次成型 PU 双扶手。 18. 医生座椅: 进口 PU 皮, 坐垫可调节: 440~580mm; 承重 $\geq 120\text{kg}$ 。 19. 使用期限: ≥ 15 年。 20. 内置水路管路消毒系统; 具备零化学添加, 零化学残留物功能, 开机即时消毒, 随时满足各种消毒场景及治疗需求。 流量: 65-500ml/min; 杀菌因子浓度: 0.8-1.5ppm。	
--	--	--	--	---	--

(二) 广州市白云区石井街社区卫生服务中心需求表

需求单位	序号	采购名称	单位	数量	采购需求概况	备注
广州市白云区石井街社区卫生服务中心	1	生物刺激反馈仪	台	1	独立四通道表面肌电采集和电刺激, 通过生物反馈仪捕捉盆底肌收缩的信号, 并将信号放大, 使女性感受到盆底收缩, 达到刻意锻炼盆底肌收缩, 临床用于治疗阴道松弛、尿失禁、慢性盆腔炎、性交痛等等。	
	2	屈光筛查仪	台	1	1. 无线手持式双目设计, 筛查模式单眼/双眼可选; 2. 筛查内容: 屈光筛查 (近视、远视、散光、屈光参差)、眼位照相、瞳孔大小; 3. 测量和分析的检测结果显示超过设定的正常值时, 机器自动给出潜在的视力风险提示, 并以红色的显示测量结果, 避免漏诊; 4. 可通过蓝牙、WIFI、USD 模式传输数据; 5. 充电锂电池, 可随时拆卸; 6. 可选配数据管理系统和自助筛查工作站, 方便大规模筛查。	

	3	自动鼓室压测量仪	台	1	1.具备自动/手动鼓室压测量; 2.可做声导纳测量 (226Hz); 3.声压测量范围: -400daPa 至 +200daPa; 4.含内置热敏打印和外接打印输出; 5.可连接 SUITE 数据平台数据共享, 可开放数据端口与 NOAH 或其他医院软件进行数据上传下载与共享; 6.机器内可储存数据	
	4	区域管理驾驶舱+展示大屏	台	1	1、提供健康设备数据抽取及图表展示设计服务 2、数据无缝对接: 健康一体机、移动随访包及管理系统之间的互联互通 3、提供屏幕适配服务, 配合用户完成相关公卫系统对接工作 4.屏幕尺寸: ≥ 70 寸 5.外型: 金属一体边框后壳, 全面屏设计 6.功能配置: 支持远场语音; 64 位四核处理器 7.显示参数: 分辨率:3840×2160; 刷新率:60Hz; 4K 超高清屏幕 8.输出: 2x10W 大功率音响 9.接口: HDMI: 不少于 2 个(含一个 ARC); USB: ≥ 2 ; 以太网: ≥ 1	
	5	健康一体机	台	1	1、含 his 系统端口对接, 支持第二代身份证识别、一步自动建档; 具有数据分析统计功能; 2、主要功能: 超声波测量身高体重、BMI、人体成分、血压、血氧、血糖、尿酸、总胆固醇、体温、十二道心电、腰臀比; 3、配备耗材可在广州医用耗材采购交易平台采购; 4、十二道心电可拆卸使用, 心电图纸通用	

	6	眼底筛查仪	台	1	1、含 his 系统端口对接。 2、筛查项目：糖尿病视网膜病变；青光眼；动脉硬化风险评估； 3、糖代谢风险评估；	
	7	移动随访包	套	1	1、含 his 系统端口对接； 2、一体机含彩色液晶显示屏，内部集成主机，支持外接键盘鼠标，重量轻，体积小，方便携带； 3、一体机支持十二导心电图、心率、血糖、血压、血氧、尿常规、体温等测量； 4、配备耗材可在广州医用耗材采购交易平台采购； 5、内置 WiFi，可保存不少于 2 万人次以上检测数据。	
	8	中医体质辨识仪	台	1	1、含 his 系统端口对接，支持第二代身份证识别或人脸注册账号； 2、通过采集图像等数据，综合评估输出体质辨识结果，体质辨识结果符合公共卫生检查要求；	

(三) 广州市白云区石门街社区卫生服务中心需求表

需求单位	序号	采购名称	单位	数量	采购需求概况	备注
广州市白云区石门街社区卫生服务中心	1	健康一体机	套	1	1.主要功能：测量身高、体重、BMI、人体成分、血压、血氧、血糖、尿酸、总胆固醇、体温、十二导心电、腰臀比。人性化设计，一站式操作，通过实时语音、动画视频，引导检测人员自主完成测量，并与之前测量数据实时对比。支持第二代	

					身份证识别、也可手动输入身份证号、手机号。搭载≥15寸液晶面板，可全自动生成体检报告并打印，一步自助建档，快速轻松建立个人健康电子档案，用互联网上传至健康检查管理后台终端，支持病情大数据分析，能够统计片区的病情分析报告，对区域的慢性病大规模爆发提出预警报告，有效进行慢性病管理，提供健康评估、健康风险评估、持续动态监测，并可供医生参考，提供健康指导服务，包括就医咨询、饮食建议、运动规划、心理健康咨询。配备≥21.5寸多媒体屏，可以播放健康教育短片，普及健康知识。	
	2	区域管理驾驶舱+展示大屏	套	1	一、提供健康设备数据抽取及图表展示设计服务。二、数据无缝对接：健康一体机、移动随访包及管理系统之间的互联互通。三、提供屏幕适配服务	
	3	眼底筛查仪	台	1	一、满足护理人员、医师、临床人员、患者和其他需要本设备应用的专业及非专业人员可使用眼底相机。二、满足医疗机构、家庭、公共场所、办公场所等场景。三、筛查项目： (1)糖尿病视网膜病变，(2)青光眼，(3)动脉硬化风险评估，(4)糖代谢风险评估	
	4	中医体质辨识仪	台	1	一、患者资料管理：首诊便捷建档（如身份证刷卡等）。二、复诊信息检索：手机号、身份证、社保卡检索等功能。三、系统至少具有“面诊”、“舌诊”、“问诊”三种中医诊断数据采集与体质辨识的功能；四、问诊量表及判定标准须符合中华中医药学会标准 ZYY	

				XH/T157--2009《中医体质分类与判定》的要求、五、个性化问诊：随机问题数量和内容简炼，且不能套用固定问题模式问卷，六、平均每次中医体质辨识检测时长不能大于30分钟；七、自动输出体质辨识结果，无须人工干预；八、体质结果符合国标9种体质中的1到3种，有具体的偏颇程度比分值；九、具有用户权限管理，提高安全性。	
5	移动随访包	套	1	家庭医生、全科医生开展日常入户随访、入户签约、家庭病床、家庭医生签约服务等业务的重要工具与帮手。移动随访包由多参数检测仪以及其组件、配件、耗材等组成。多参数检测仪检测的项目包含单导、12导联心电图、心率、血糖、血压、血氧饱和度、脉率、尿常规、体温、尿酸、总胆固醇等检测采集以及二代身份证读卡功能。	

二、公示时间：2024年10月14日

三、报名截止时间：2024年10月21日

四、报名资料递交地点：递交至广州市白云区第二人民医院采购管理中心、广州市白云区石井街社区卫生服务中心设备科、广州市白云区石门街社区卫生服务中心总务科。

五、报名资料清单及要求

（一）设备购置市场调研表（详见附件1）

（二）产品配置清单、产品性能技术资料（盖公章）、售后服务承诺书。

（三）同型号设备的用户名单

（四）产品注册证

（五）经销公司业务员授权书

(六) 厂家三证及经销公司三证

(七) 销售记录提供中标通知书、合同、销售发票复印件等资料(其他公司销售的亦可)。设备如有配套耗材,应将耗材列清单并报价,提供发票复印件(三家以上)。

(八) 产品彩页

(九) 技术参数(详见附件2)

附件: 1. 设备购置市场调研表
2. 设备性能技术参数(模板)

广州市白云区第二人民医院

2024年10月14日

(联系人及联系电话:广州市白云区第二人民医院徐欣如,电话:020-32585230、白云区石井街社区卫生服务中心林惠坚,电话:020-36394383,白云区石门街社区卫生服务中心总务科林楚娟,36384236-8047)

附件 1

设备购置市场调研表

设备名称			
品牌		型号	
生产商		企业规模	大型/中型/小型
技术参数			
医疗器械生产许可证（生产商）			
参与调研单位的营业执照编号（统一社会信用代码）		医疗器械注册证号	
参与调研单位的医疗器械经营许可证	有 ☐ 无 ☐ 许可证编号：	生产商给参与调研单位的授权书	有 ☐ 无 ☐
是否专用耗材：是 ☐ 否 ☐		耗材 1：	市场价格：
销售记录：有 ☐ 无 ☐ 其他医院成交记录： (数量较多请另附清单)		医院名称： 成交日期： 其他说明：	成交价格： 成交数量： 售后质保：
同类产品市场占比			
市场价格			
设备质保保用期（年）： (如分开质保，请注明主机、配件)			
配置清单（可另附详细配置清单）			
售后服务			
其他说明			
参与调研单位名称：（单位公章） 签名确认： 年 月 日			

附件 2

设备性能技术参数（模板）

一、用途和功能描述：

（一）

（二）

（三）

二、配置描述：

（一）

（二）

（三）

三、主要技术参数描述（能体现产品档次和先进性）：

（一）

（二）

（三）

四、售后服务及其他：

（一）

（二）

（三）